

ZNAK SPRAWY:

OS.223.2.2.16.2019.RO

Kołobrzeg 09.12.2019r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
30 000 euro na:

**„Zakup i dostawa 4kpl. zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla Gminy Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”**

### 1. Zamawiający:

Gmina Miasto Kołobrzeg z siedzibą przy  
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg  
Nip 6711698541  
działający przy pomocy  
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu  
ul. ppr. Edmunda Łopuskiego 38  
78 – 100 Kołobrzeg  
Tel/fax.: 94 355 13 84

### 2. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Robert Olejniczak  
Tel.:667 080 732, e-mail: [r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl](mailto:r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl)

### 3. Przedmiot zamówienia:

**„Zakup i dostawa 4kpl. zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla Gminy Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”**

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy zestawu ratownictwa medycznego. Zestaw zawarty w torbie PSP R1 jest potrzebny każdemu ratownikowi, aby można było udzielić Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy każdemu poszkodowanemu na miejscu zdarzenia w zgodzie z procedurami ratowniczymi. Zestaw ratownictwa medycznego jest wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia akcji ratunkowych w strefie przybrzeżnej, nadmorskiej kąpieliska morskiego Gminy Miasta Kołobrzeg, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

DYREKTOR

#### 4.Opis przedmiotu zamówienia

4 kpl. zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm] – 760-860/320-420/300-400. Waga – ok. 13-15 kg.

Materiał – CORDURA. Cechy materiału- materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia. Wykonany z poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i apreturą teflonu.

Oznaczenia – krzyż św. Andrzeja, paski odblaskowe, plakietka identyfikacyjna PSP R1, **trwale oznakowanie logo MOSIR cztery pory sportu**

Konstrukcja:

Niezależne przegrody. W komorze wewnętrznej cztery zamykane organizery. Uchwyty do transportu w rękę (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach, klatce piersiowej. Pas biodrowy. Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiającą regulację zaworu butli tlenowej. Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie.

Wposażenie:

**Rurki ustno-gardłowe** Guedala komp. (6 rozmiarów)

**Jednorazowe maski krtaniowe / jednorazowe rurki krtaniowe 3 szt.**

W kpl. maska/rurka rozmiar 3,4,5 + strzykawka + lubrykant.

**Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3 szt.**

**Ssak ręczny** z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet. 1Kpl.

**Worek samorozprężalny dla dorosłych** o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym).

Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste.

**Worek samorozprężalny dla dzieci** umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym).

**Kołnierz szyjny** regulowany dla dorosłych 2 szt.

**Kołnierz szyjny** regulowany pediatryczny 1 szt.

**Folia aluminiowa „Folia życia”** 5 szt.

**Nożyczki** 1 szt.

Maski silikonowe w 2 rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie przezroczyste.

Jałowe filtry antybakteryjne Barrierbac „S” 5 szt.

**Jednorazowy zestaw do tlenoterapii biernej** tj. 3 przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej. Dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste.

**Przewód tlenowy 10m** 1 szt.

**Butla tlenowa aluminiowa 2,7** na tlen medyczny (400 litrów O<sub>2</sub> przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN 3/4' napełnianie standard polski, ciśnienie robocze min. 200 atm. 1 szt.

**Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006** mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe, regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25l/min, gniazdo szybkozłącza w systemie AGA

**Opatrunki i zestaw uzupełniający:**

Osobisty „W” 2 szt; kompresy gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm; gaza opatrunkowa 1m<sup>2</sup> 5 szt; gaza opatrunkowa 1/2m<sup>2</sup> 5 szt; gaza opatrunkowa 1/4 m<sup>2</sup> 5 szt; opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt; opaski opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt; chusta trójkątna tekstylna 4 szt;

bandaż elastyczny o szer. 10 cm 3 szt; bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt; siatka opatrunkowa nr 2 1 szt; siatka opatrunkowa nr 3 1 szt; siatka opatrunkowa nr 6 3 szt;

przyklepiec z opatrunkiem 1 szt. 6 cm x 1 m; przyklepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m;

opatrunek wentylowy na ranę kl. piersiowej 2 szt; opaska zaciskowa taktyczna 2 szt;

aparat do płukania oka 1 szt; rękawice ochronne nitrylowe 5 par; worek plastikowy z zamknięciem

na odpady koloru czerwonego 2 szt; płyn do dezynfekcji rąk AHD (250 ml) 1 szt; nożyczki ratownicze atraumatyczne o dł. 19cm 1 szt; folia do przykrywania zwłok 3 szt; okulary ochronne 2

szt; 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10ml 5 szt; 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym

250ml 2 szt; Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 szt.

**Opatrunki hydrożelowe ratunkowe:**

30×40 cm 2 szt. wymiar 10×10 cm 1 szt. wymiar 20×46cm 2 szt. wymiar 20×55cm 2 szt. żel w butelce 120ml 2szt. nożyczki 1 szt. bandaż 2 szt.

**Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie)**

W zestawie komplet czternastu szyn Kramera zapakowane w osobnej torbie. Rozmiar 1500 x 150 mm; 1500 x 120 mm; 800 x 120 mm; 600 x 80 mm; 1200 x 120 mm; 800 x 100 mm; 600 x 70 mm; 1000 x 100 mm; 700 x 100 mm; 250 x 50 mm 2szt; 900 x 120 mm 2szt; 700 × 70 mm.

**Deska ortopedyczna**

Deska ortopedyczna wyposażona w stabilizator głowy oraz cztery pasy z metalowymi klamrami i zatrzaśnikami.

**Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone zestawy ratownictwa medycznego.**

**Wykonawca dostarczy zamówione zestawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2019**

**5. Termin realizacji i płatność:**

5.1 Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do dnia 20.12.2019r.

5.2 Płatność za usługę będzie następować, na podstawie podpisanego protokołu odbiorczego w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

**6. Opis warunków udziału w postępowaniu**

6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

6.2. Przy składaniu oferty obowiązuje język polski

**7. Kryterium oceny ofert:**

7.1 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

7.2 Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

**Liczba punktów C** = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

**Algorytm: C=** %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

**8. Termin składania ofert:**

Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Dostawa zestawu ratownictwa medycznego”) lub pocztą elektroniczną na adres r.olejniczak@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e – mail: Dostawa zestawu ratownictwa medycznego w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 12.12.2019 r. do godz.9:00.**

**Załączniki:**

1) „Formularz ofertowy” - Zał. nr 1 – do wypełnienia

**UWAGA:** Złożenie zapytania ofertowego, jak też i otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Gminę Miasto Kołobrzeg Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania zapytania lub jego unieważnienia, bez podania przyczyny.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących w/w zapytania.

Oferty nie spełniające warunków zapytania ofertowego, wypełnione błędnie, dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Spółród złożonych ofert Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę